ООО Медицинская Компания «АСК»



СТОЛ

СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06

Паспорт

СК.00.00.2014.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 1.1

2024

Образец

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 4

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 4

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 7

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 9

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 12

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 12

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 12

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Образец

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.

1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.

1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.

1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия**: Стол: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06

Изделие выпускается по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 в составе исполнений:

I. Набор мебели для медицинских кабинетов;

II. Набор мебели для медицинских палат

медицинского изделия «Набор мебели для медицинских кабинетов и палат по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014».

Регистрационное удостоверение РЗН 2024/23329 от 08.08.2024г

2.2 **Сведения о производителе**:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Стол в вариантах исполнения: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование, обозначение	Обозначение документа	Кол-во, шт.	Отметка о наличии*
1	Стол, в вариантах исполнения: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.07, в составе:		1	
1.1	Стол	СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.07	1	*Указать исполнение*
1.2	Паспорт	СК.00.00.2014.ПС.01	1	
1.3	Принадлежности:	-	-	
1.3.1	Откидной столик	ОС.01	1	
1.3.2	Надстройка для стола: - надстройка для стола НСК.01; или - надстройка для стола НСК.03	 НСК.01 НСК.03	1	*Указать исполнение*
1.3.3	Ящик металлический для хранений медицинских инструментов СМ	ЯСМ.01	1 *	
2	Стол, в вариантах исполнения: СК.01.06; СК.01.08, в составе:		1	

2.1	Стол	СК.01.06; СК.01.08	1	*Указать исполнение*
2.2	Паспорт	СК.00.00.2014.ПС.01	1	
2.3	Принадлежности:	-		
2.3.1	Откидной столик	ОС.01	1	
2.3.2	Надстройка для стола: - надстройка для стола НСК.01; или - надстройка для стола НСК.03	 НСК.01 НСК.03	1	*Указать исполнение*
2.3.3	Ящик металлический для хранений медицинских инструментов СМ	ЯСМ.01	1	
2.3.4	Ложемент для медикаментов	ЛДМ.01	1	
3	Стол, в вариантах исполнения: СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.06, в составе:		1	
3.1	Стол	СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.06	1	*Указать исполнение*
3.2	Паспорт	СК.00.00.2014.ПС.01	1	
3.3	Принадлежности:	-		
3.3.1	Откидной столик	ОС.01	1	
3.3.2	Надстройка для стола: - надстройка для стола НСК.02; или - надстройка для стола НСК.03	 НСК.02 НСК.03	1	*Указать исполнение*
3.3.3	Ящик металлический для хранений медицинских инструментов СМ	ЯСМ.01	1	
3.3.4	Ложемент для медикаментов	ЛДМ.01	1	
4	Стол, в вариантах исполнения: СК.02.04; СК.02.05, в составе:		1	
4.1	Стол	СК.02.04; СК.02.05	1	*Указать исполнение*
4.2	Паспорт	СК.00.00.2014.ПС.01	1	
4.3	Принадлежности:	-		
4.3.1	Откидной столик	ОС.01	1	
4.3.2	Надстройка для стола: - надстройка для стола НСК.02; или - надстройка для стола НСК.03	 НСК.02 НСК.03	1	*Указать исполнение*
4.3.3	Ящик металлический для хранений медицинских инструментов СМ	ЯСМ.01	1	

Примечание: * - вписать соответствующую информацию.

2.4 Специфичное назначение изделия и принадлежностей:

Стол: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06	Предназначено для проведения медицинских осмотров, медицинских процедур и медицинских манипуляций, размещения медицинских расходных материалов, медицинских изделий, проб биоматериалов пациента, медицинских приборов и аппаратов в процедурных, перевязочных, смотровых, диагностических и терапевтических кабинетах, больничных и реанимационных палатах медицинских организаций
Принадлежность к столам: Откидной столик	Предназначено для размещения медицинских расходных материалов, медицинских изделий, проб биоматериалов пациента, медицинских приборов и аппаратов. Устанавливается на стол, в вариантах исполнения: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06.
Принадлежность к столам: Надстройка для стола НСК.01	Предназначено для размещения медицинских расходных материалов, медицинских изделий, медицинских приборов и аппаратов. Устанавливается на стол, в вариантах исполнения: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08
Принадлежность к столам: Надстройка для стола НСК.02	Предназначено для размещения медицинских расходных материалов, медицинских изделий, медицинских приборов и аппаратов. Устанавливается на стол, в вариантах исполнения: СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06
Принадлежность к столам: Надстройка для стола НСК.03	Предназначено для размещения медицинских расходных материалов, медицинских изделий, медицинских приборов и аппаратов. Устанавливается на стол, в вариантах исполнения: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06
Принадлежность к столам: Ящик металлический для хранения медицинских инструментов СМ	Предназначено для хранения медицинских инструментов. Устанавливается на стол, в вариантах исполнения: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06
Принадлежность к столам: Ложемент для медикаментов	Предназначено для размещения и хранения лекарственных средств. Устанавливается на стол, в вариантах исполнения: СК.01.06; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.06

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 1:

  - Стол: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.

3.4 Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется открывать все двери и выдвигать все выдвижные ящики одновременно (при их наличии), а также опираться на открытые двери и выдвинутые ящики.

3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.

3.6 Не допускайте раскачивания изделия.

3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.

3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.

3.9 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 11 руководства по эксплуатации.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Стол				
СК.01.02	1300±65х 600±30х 750±38	42±4	столешница-70; ящик-5	Стол с тумбой - четыре выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.04	1300±65х 600±30х 750±38	34±3,5	столешница-60; ящик-5	Стол с двумя ящиками под столешницей; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.05	1300±65х 600±30х 750±38	35±3,5	столешница-70; ящик-5	Стол с тумбой – ящик, ниша; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.06	1300±65х 600±30х 750±38	40±4	столешница-70; полка-15	Стол с тумбой – ниша, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.07	1300±65х 600±30х 750±38	40±4	столешница-70; полка-15; ящик-5	Стол с тумбой – ниша, три выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.08	1300±65х 600±30х 750±38	39±4	столешница-70; полка-15; ящик-5	Стол с тумбой – ящик, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.00	1500±75х 600±30х 750±38	55±5,5	столешница-70; полка-15;	Стол с двумя тумбами - четыре ящика;

Наименование исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
			ящик-5	ящик, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.01	1500±75х 600±30х 750±38	56±5,5	столешница-70; полка-15; ящик-5	Стол с двумя тумбами - ниша, дверка, внутри полка; четыре ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.02	1500±75х 600±30х 750±38	53±5,5	столешница-70; полка-15 ящик -5	Стол с двумя тумбами - ниша, дверка, внутри полка; ниша, три ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.03	1500±75х 600±30х 750±38	52±5	столешница-70; полка-15	Стол с двумя тумбами - ниша, дверка, внутри полка; ниша, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.04	1500±75х 600±30х 750±38	60±6	столешница-70; ящик -5	Стол с двумя тумбами - четыре выдвижных ящика; четыре выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.05	1500±75х 600±30х 750±38	52±5	столешница-70; ящик-5	Стол с двумя тумбами - ящик, ниша; четыре ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.06	1500±75х 600±30х 750±38	55±5,5	столешница-70; полка-15; ящик-5	Стол с двумя тумбами - ящик, дверка, внутри полка; выдвижной ящик, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры

* - габаритные размеры изделий приведены без учета принадлежностей.

Таблица 3. Основные технические характеристики принадлежностей и изделий, входящих в состав столов согласно комплектности

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм, ±4 мм, Д×Ш×В	Масса, кг, ±0,1 кг	Номинальная нагрузка, кг
Откидной столик	572×490×635/ 72×490×635 (в сложенном состоянии)	7,7±1,9	10
Надстройка для стола НСК.01	1300×280×475	16,5±4,1	Топ - 20; Полка - 10
Надстройка для стола НСК.02	1500×280×475	19,2±4,8	Топ - 20; Полка - 10
Надстройка для стола	600×280×475	9±2,25	Топ - 20;

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм, ±4 мм, Д×Ш×В	Масса, кг, ±0,1 кг	Номинальная нагрузка, кг
НСК.03			Полка - 10
Ящик металлический для хранения медицинских инструментов СМ	640×260×180	9,8±2,45	Ящик-3
Ложемент для медикаментов	333×96×453	0,8±0,2	Ложемент - 3

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 4, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола. Регулируемые опоры имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

Таблица 4.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм допуск ± 3 мм	Регули-руемые опоры	Нерегули-руемые опоры
1	Стол	СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06	-	+	-

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Срок службы

5.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

5.2. Условия транспортирования и хранения

5.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха не более 100% при температуре плюс 25°С.

5.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.3. Утилизация

5.3.1 Утилизация изделия осуществляется после завершения срока эксплуатации изделия, а так же в случае, когда восстановление и ремонт становятся нерентабельными.

5.3.2 Утилизация изделий производится в соответствии с установленными нормами и правилами, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

5.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

5.4. Гарантии изготовителя

5.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

5.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

5.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

Образец

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол: _____
обозначение исполнения

Дата изготовления: _____
месяц, число

Серийный номер _____

Начальник ОТК _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Штамп ОТК

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 и признан годным для эксплуатации.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол: _____
обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 32.50.30-003-68690950-2014.

Дата упаковывания_____
(месяц, год)

Упаковку произвел _____ _____ _____
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол _____
обозначение

Серийный номер_____
Дата выпуска _____
Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК
Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия
_____

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте:_____

Исполнитель _____подпись