ООО Медицинская Компания «АСК»



**ШКАФ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1)

**Паспорт**

ШК.00.00.2014.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 1.1

2024

Образец

ОГЛАВЛЕНИЕ

**1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ** ..... 4

**2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** ..... 4

**3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ** ..... 6

**4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** ..... 7

**5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ** ..... 13

**6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ** ..... 16

**7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ** ..... 16

**8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ** ..... 16

**9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН** ..... 16

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Образец

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.

1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.

1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.

1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

## 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия**: Шкаф для медицинских изделий в вариантах исполнения: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1). Изделие выпускается по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 в составе исполнений:

I. Набор мебели для медицинских кабинетов;

II. Набор мебели для медицинских палат

медицинского изделия «Набор мебели для медицинских кабинетов и палат по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014».

Регистрационное удостоверение РЗН 2024/23329 от 08.08.2024г.

2.2 **Сведения о производителе**:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия «Шкаф для медицинских изделий в вариантах исполнения: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1).» указана в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование, обозначение | Обозначение документа | Кол-во, шт. | Отметка о наличии* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкаф для медицинских изделий, в вариантах исполнения: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1), в составе: | | 1 | |
| 1.1 | Шкаф для медицинских изделий | ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1) | 1 | *Указать исполнение* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Паспорт | ШК.00.00.2014.ПС.01 | 1 | |

Примечание: * - вписать соответствующую информацию

2.4 **Специфичное назначение изделия**:

| Наименование изделия | Назначение |
|---|---|
| Шкаф для медицинских изделий: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1) | Предназначено для размещения и хранения медицинских расходных материалов, медицинского инструмента, медикаментов, медицинских приборов и аппаратов, необходимых для проведения медицинских осмотров и манипуляций в процедурных, перевязочных, операционных, смотровых, диагностических и терапевтических кабинетах, реанимационных палатах медицинских организаций |

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 1:

- Шкаф для медицинских изделий в вариантах исполнения: ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1).

## 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.

3.4 Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется открывать все двери и выдвигать все выдвижные ящики одновременно (при их наличии), а также опираться на открытые двери и выдвинутые ящики.

3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.

3.6 Не допускайте раскачивания изделия.

3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.

3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.

3.9 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке, описанных в разделе 11 руководства по эксплуатации.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование, исполнение | Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В | Масса, кг | Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг | Конструктивные особенности |
|---|---|---|---|---|
| **Шкаф для медицинских изделий** | | | | |
| ШК.12.00 | 412±21×<br>512±26×<br>1380±69 | 50±5 | ящик-5 | Четыре выдвижных ящика;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.12.01 | 412±21×<br>512±26×<br>1380±69 | 53±5 | ящик-5 | Восемь выдвижных ящиков;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.12.02 | 412±21×<br>512±26×<br>1380±69 | 52±5 | ящик-5 | Шесть выдвижных ящиков;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.12.03 | 804±40×<br>512±26×<br>1380±69 | 90±9 | ящик-5 | Восемь выдвижных ящиков;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.12.04 | 804±40×<br>512±26×<br>1380±69 | 100±<br>10 | ящик-5 | Двенадцать выдвижных ящиков;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.12.05 | 804±40×<br>512±26×<br>1380±69 | 88±9 | ящик-5 | Шестнадцать выдвижных ящиков;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.12.06 | 485±24×<br>600±30×<br>1310±65 | 54±5,<br>5 | ящик-5 | Четыре выдвижных ящика;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.00 | 800±40×<br>382±19×<br>1860±93 | 45±4,<br>5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Полки;<br>Две дверки; полка;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.00 (мод.1) | 800±40×<br>382±19×<br>2230±112 | 65±6,<br>5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Полки;<br>Две дверки; полка;<br>антресоль две дверки;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.01 | 800±40×<br>382±19×<br>1860±93 | 47±4,<br>5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Две дверки, полки;<br>Две дверки; полка;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.01 (мод.1) | 800±40×<br>382±19×<br>2230±112 | 67±6,<br>5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Две дверки, полки;<br>Две дверки; полка;<br>антресоль две дверки;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.02 | 800±40×<br>382±19×<br>1860±93 | 53±5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Две дверки, полки;<br>Две дверки; полка;<br>устанавливается на регулируемые опоры |

| Наименование, исполнение | Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В | Масса, кг | Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг | Конструктивные особенности |
|---|---|---|---|---|
| ШК.13.02 (мод.1) | 800±40× 382±19× 2230±112 | 73±7,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Две дверки, полки; Две дверки; полка; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.03 | 800±40× 382±19× 1860±93 | 69±7 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Полки; восемь ящиков; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.03 (мод.1) | 800±40× 382±19× 2230±112 | 89±9 | горизонтальная перегородка-20; ящик-5 | Полки; восемь ящиков; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.04 | 800±40× 382±19× 1860±93 | 55±5,5 | полка-15 | Две дверки, полки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.04 (мод.1) | 800±40× 382±19× 2230±112 | 75±7,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Две дверки, полки; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.05 | 800±40× 382±19× 1860±93 | 44±4,5 | полка-15 | Две дверки, полки; Две дверки; полка; устанавливается на регулируемые опоры. |
| ШК.13.05 (мод.1) | 800±40× 382±19× 2230±112 | 64±6,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Две дверки, полки; Две дверки; полка; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.06 | 800±40× 382±19× 1860±93 | 40±4 | полка-15 | Четыре полки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.06 (мод.1) | 800±40× 382±19× 2230±112 | 60±6 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Четыре полки; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.07 | 800±40× 382±19× 1860±93 | 75±7,5 | горизонтальная перегородка-20; ящик-5 | Две дверки, полки; восемь ящиков; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.07 (мод.1) | 800±40× 382±19× 2230±112 | 95±9,5 | горизонтальная перегородка-20; ящик-5 | Две дверки, полки; восемь ящиков; антресоль две дверки устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.08 | 800±40× 382±19× 1860±93 | 72±7 | горизонтальная перегородка-20; ящик-5 | Две дверки, полки; восемь ящиков; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.08 (мод.1) | 800±40× 382±19× 2230±112 | 92±9 | горизонтальная перегородка-20; ящик-5 | Две дверки, полки; восемь ящиков; антресоль две дверки устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.14 | 800±40× 382±19× 1860±93 | 52±5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; |

| Наименование, исполнение | Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В | Масса, кг | Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг | Конструктивные особенности |
|---|---|---|---|---|
| | | | | устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.14 (мод.1) | 800±40×382±19×2230±112 | 72±7 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.15 | 800±40×382±19×1860±93 | 45±4,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.15 (мод.1) | 800±40×382±19×2230±112 | 65±6,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.16 | 800±40×382±19×1860±93 | 42±4 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.16 (мод.1) | 800±40×382±19×2230±112 | 62±6 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Две дверки, полки; ниша; две дверки; полка; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.18 | 800±40×382±19×1860±93 | 72±7 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Две дверки, полки; два ящика; два ящика; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.18 (мод.1) | 800±40×382±19×2230±112 | 92±9 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Две дверки, полки; два ящика; два ящика; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.19 | 800±40×382±19×1860±93 | 70±7 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Две дверки, полки; два ящика; две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.13.19 (мод.1) | 800±40×382±19×2230±112 | 90±9 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Две дверки, полки; два ящика; две дверки; антресоль две дверки; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.00 | 400±20×382±19×1860±93 | 32±3 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Полки; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.00 (мод.1) | 400±20×382±19×2230±112 | 43±4,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Полки; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры |

| Наименование, исполнение | Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В | Масса, кг | Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг | Конструктивные особенности |
|---|---|---|---|---|
| ШК.14.01 | 400±20×<br>382±19×<br>1860±93 | 30±3 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Дверка, полки;<br>дверка, полка;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.01 (мод.1) | 400±20×<br>382±19×<br>2230±112 | 41±4 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Дверка, полки;<br>дверка, полка;<br>антресоль с дверкой;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.02 | 400±20×<br>382±19×<br>1860±93 | 35±3,5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Дверка, полки;<br>дверка, полка;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.02 (мод.1) | 400±20×<br>382±19×<br>2230±112 | 46±4,5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Дверка, полки;<br>дверка, полка;<br>антресоль с дверкой;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.03 | 400±20×<br>382±19×<br>1860±93 | 41±4 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15;<br>ящик-5 | Полки;<br>четыре ящика;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.03 (мод.1) | 400±20×<br>382±19×<br>2230±112 | 52±5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15;<br>ящик-5 | Полки;<br>четыре ящика;<br>антресоль с дверкой;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.04 | 400±20×<br>382±19×<br>1860±93 | 37±4 | полка-15 | Дверка, полки;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.04 (мод.1) | 400±20×<br>382±19×<br>2230±112 | 48±5 | полка-15 | Дверка, полки;<br>антресоль с дверкой;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.05 | 400±20×<br>382±19×<br>1860±93 | 36±3,5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Дверка, полки;<br>дверка, полка;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.05 (мод.1) | 400±20×<br>382±19×<br>2230±112 | 47±5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Дверка, полки;<br>дверка, полка;<br>антресоль с дверкой;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.06 | 400±20×<br>382±19×<br>1860±93 | 29±3 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15 | Четыре полки;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.06 (мод.1) | 400±20×<br>382±19×<br>2230±112 | 40±4 | полка-15 | Четыре полки;<br>антресоль с дверкой;<br>устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.07 | 400±20×<br>382±19×<br>1860±93 | 46±4,5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15<br>ящик-5 | Дверка, полки;<br>четыре ящика;<br>устанавливается на регулируемые опоры |

| Наименование, исполнение | Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В | Масса, кг | Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг | Конструктивные особенности |
|---|---|---|---|---|
| ШК.14.07 (мод.1) | 400±20× 382±19× 2230±112 | 57±5,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Дверка, полки; четыре ящика; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.08 | 400±20× 382±19× 1860±93 | 43±4,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Дверка, полки; четыре ящика; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.08 (мод.1) | 400±20× 382±19× 2230±112 | 54±5,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Дверка, полки; четыре ящика; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.14 | 400±20× 382±19× 1860±93 | 33±3,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Дверка, полка; ниша; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.14 (мод.1) | 400±20× 382±19× 2230±112 | 44±4,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Дверка, полка; ниша; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.15 | 400±20× 382±19× 1860±93 | 32±3 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Дверка, полка; ниша; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.15 (мод.1) | 400±20× 382±19× 2230±112 | 44±4,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Дверка, полка; ниша; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.16 | 400±20× 382±19× 1860±93 | 37±3,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Дверка, полка; ниша; дверка, полка; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.16 (мод.1) | 400±20× 382±19× 2230±112 | 48±4 | горизонтальная перегородка-20; полка-15 | Дверка, полка; ниша; дверка, полка; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.18 | 400±20× 382±19× 1860±93 | 42±4 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Дверка, полки; ящик; ящик; устанавливается на регулируемые опоры |
| ШК.14.18 (мод.1) | 400±20× 382±19× 2230±112 | 53±5,5 | горизонтальная перегородка-20; полка-15; ящик-5 | Дверка, полки; ящик; ящик; антресоль с дверкой; устанавливается на регулируемые опоры |

| Наименование, исполнение | Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В | Масса, кг | Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг | Конструктивные особенности |
|---|---|---|---|---|
| ШК.14.19 | 400±20×<br>382±19×<br>1860±93 | 41±4 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15;<br>ящик-5 | Дверка, полки;<br>ящик;<br>дверка;<br>антресоль с дверкой;<br>устанавливается на регулируемые опоры. |
| ШК.14.19 (мод.1) | 400±20×<br>382±19×<br>2230±112 | 52±5 | горизонтальная перегородка-20;<br>полка-15;<br>ящик-5 | Дверка, полки;<br>ящик;<br>дверка;<br>устанавливается на регулируемые опоры. |

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола. Регулируемые опоры имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию

Таблица 3.

| № п/п | Наименование изделия | Обозначение исполнения | Опоры | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Колесные опоры, диаметр колес, мм допуск ± 3 мм | Регулируемые опоры | Нерегулируемые опоры |
| 1 | Шкаф для медицинских изделий | ШК.12.00; ШК.12.01; ШК.12.02; ШК.12.03; ШК.12.04; ШК.12.05; ШК.12.06; ШК.13.00; ШК.13.00 (мод.1); ШК.13.01; ШК.13.01 (мод.1); ШК.13.02; ШК.13.02 (мод.1); ШК.13.03; ШК.13.03 (мод.1); ШК.13.04; ШК.13.04 (мод.1); ШК.13.05; ШК.13.05 (мод.1); ШК.13.06; ШК.13.06 (мод.1); ШК.13.07; ШК.13.07 (мод.1); ШК.13.08; ШК.13.08 (мод.1); ШК.13.14; ШК.13.14 (мод.1); ШК.13.15; ШК.13.15 (мод.1); ШК.13.16; ШК.13.16 (мод.1); ШК.13.18; ШК.13.18 (мод.1); ШК.13.19; ШК.13.19 (мод.1); ШК.14.00; ШК.14.00 (мод.1); ШК.14.01; ШК.14.01 (мод.1); ШК.14.02; ШК.14.02 (мод.1); ШК.14.03; ШК.14.03 (мод.1); ШК.14.04; ШК.14.04 (мод.1); ШК.14.05; ШК.14.05 (мод.1); ШК.14.06; ШК.14.06 (мод.1); ШК.14.07; ШК.14.07 (мод.1); ШК.14.08; ШК.14.08 (мод.1); ШК.14.14; ШК.14.14 (мод.1); ШК.14.15; ШК.14.15 (мод.1); ШК.14.16; ШК.14.16 (мод.1); ШК.14.18; ШК.14.18 (мод.1); ШК.14.19; ШК.14.19 (мод.1) | - | + | - |

4.3 Номинальная толщина полок из стекла устанавливается в зависимости от их длины в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4.

| Длина полки, мм | Номинальная толщина стекла*, мм |
|---|---|
| До 500 включительно | 4 |
| Свыше 500 до 650 включительно | 5 |
| Свыше 650 до 900 включительно | 6 |

* Допуск: +1мм.

Толщина дверей из стекла - (4÷6) мм.

## 5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

### 5.1. Срок службы

5.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

### 5.2. Условия транспортирования и хранения

5.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха не более 100% при температуре плюс 25°С.

5.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

### 5.3. Утилизация

5.3.1 Утилизация изделия осуществляется после завершения срока эксплуатации изделия, а так же в случае, когда восстановление и ремонт становятся нерентабельными.

5.3.2 Утилизация изделий производится в соответствии с установленными нормами и правилами, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

5.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

### 5.4. Гарантии изготовителя

5.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

5.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

5.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских изделий: _____
обозначение исполнения

Дата изготовления: _____
месяц, число

Серийный номер _____

Начальник ОТК _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Штамп ОТК

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 и признан годным для эксплуатации.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф для медицинских изделий: _____
обозначение исполнения

Серийный номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 32.50.30-003-68690950-2014.
Дата упаковывания_____ Упаковку произвел _____ _____ _____
(месяц, год) (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*а) Заполняется на предприятии-изготовителе*

Шкаф для медицинских изделий _____
обозначение

Серийный номер_____ Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

*б) Заполняется продавцом*

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

*в) Заполняется исполнителем ремонтных работ*

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте:_____

Исполнитель _____подпись